

Roger Table Mic II

Bruksanvisning



roger



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Innehåll

| | | | |
|--|----|---|----|
| 1. Välkommen | 4 | 8.1 Nationell garanti | 32 |
| 2. Lära känna Roger Table Mic II | 5 | 8.2 Internationell garanti | 32 |
| 2.1 Så här fungerar din Roger-mikrofon | 5 | 8.3 Garantibegränsningar | 33 |
| 2.2 Beskrivning av produkten | 6 | 9. Information om överensstämmelse | 34 |
| 2.3 Tillbehör | 8 | 10. Information och symbolförklaring | 38 |
| 3. Kom igång | 10 | 11. Viktig säkerhetsinformation | 41 |
| 3.1 Laddar | 10 | 11.1 Varningar | 41 |
| 3.2 Startar | 12 | 11.2 Produktsäkerhetsinformation | 43 |
| 3.3 Anslut till din hörapparat | 13 | 11.3 Annan viktig information | 45 |
| 3.4 Anslut fjärrkontrollen | 16 | | |
| 4. Använda din Roger-mikrofon | 17 | | |
| 4.1 Höra bättre vid möten | 17 | | |
| 4.2 Lyssna på multimediaenheter | 18 | | |
| 5. Lägg till ytterligare mikrofoner | 20 | | |
| 5.1 Ansluta till andra mikrofoner | 20 | | |
| 5.2 Använda ytterligare mikrofoner | 22 | | |
| 6. Specialfunktioner | 24 | | |
| 6.1 Tyst läge | 24 | | |
| 6.2 Ändra upptagningsområde | 25 | | |
| 6.3 Koppla från Roger-enheter (NewNet) | 26 | | |
| 7. Felsökning | 28 | | |
| 8. Service och garanti | 32 | | |

1. Välkommen

Roger Table Mic II har utvecklats av Phonak, det världsledande företaget för hörsellösningar, som har sin bas i Zürich i Schweiz.

Denna premiumprodukt är resultatet av årtionden av forskning och expertis och har utvecklats för att du ska kunna höra så bra som möjligt. Vi tackar dig för ditt kloka val och hoppas att du ska få glädje av din Roger-mikrofon i många år.


Läs bruksanvisningen noggrant så att du förstår och kan få maximal nytta av Roger Table Mic II. Kontakta din audionom för mer information om funktioner och fördelar.

Phonak – life is on
www.phonak.se

2. Lära känna Roger Table Mic II

2.1 Så här fungerar din Roger-mikrofon


Din Roger-mikrofon fångar upp rösterna från mötesdeltagarna och skickar dem direkt till dina öron. Systemet består av tre huvudkomponenter: hörapparater, Roger-mottagare och en eller flera Roger-mikrofoner.



- ① Din Roger-mikrofon fungerar normalt inom ett avstånd på upp till 20 meter från dina hörapparater. Observera att folksamlingar och väggar kan minska avståndet. Du får bäst räckvidd när du kan se din Roger-mikrofon (dvs. den är i ditt synfält).


2.2 Beskrivning av produkten

Roger Table Mic II




- ① På / Av / Tyst läge
- ② Mikrofoner och indikatorljus
- ③ Ljudingång
- ④ Laddningsingång
- ⑤ Anslutningsknapp

Fjärrkontroll




- ① Indikatorljus
- ② Ljud av
- ③ Ljud på
- ④ Litet upptagningsområde
- ⑤ Stort upptagningsområde
- ⑥ Skruv
- ⑦ Batterilucka


2.3 Tillbehör




Nätadapter




USB-kabel




RCA/Cinch-adapter




Fjärrkontroll



Mikro-USB-grenkabel



Ljudkabel




Mjukt etui


3. Kom igång

3.1 Laddar

För att ladda din Roger-mikrofon ansluter du den medföljande laddaren. Indikatorljuset blinkar grönt för att visa att den laddar.



Ett tomt batteri laddas fullt på omkring 4 timmar. Batteriet är fulladdat när indikatorljuset lyser med ett fast, grönt sken.



1. Anslut laddningskabelns mindre ände (mikro-USB) till Roger-mikrofonen.

2. Anslut laddningskabelns större ände (USB) till den externa nätadaptern.

3. Anslut den externa nätadaptern till ett eluttag.

Använd den medföljande grenkabeln för att ladda två enheter från en nätadapter.

① Använd bara grenkabeln tillsammans med den medföljande nätadaptern. Laddning av två enheter från USB-porten på en dator stöds inte.

När du laddar kan du få följande feedback från indikatorljuset:

Indikatorljus för laddstatus





Laddar



Fulladdad

3.2 Startar

Tryck in på/av -knappen i en sekund tills dess att indikatorljuset blir grönt.



När din Roger-mikrofon är påslagen, blinkar indikatorljuset svagt. Ett grönt ljus innebär att batteriet är fulladdat. Ett orange ljus innebär att batteriet är halvfyllt. Om indikatorljuset blinkar rött, bör du ladda omedelbart.




Ladda Roger-mikrofonen

3.3 Anslut till din hörapparat


Kontrollera att du har fått en (eller flera) Roger-mottagare från din audionom. Det finns flera olika mottagare att välja mellan.

Din audionom kan redan ha anslutit din Roger-mikrofon till dina hörapparater/Roger-mottagare. Om så inte är fallet, ansluter du Roger-mottagaren (-mottagarna) till Roger-mikrofonen på följande sätt:


1. Se till att Roger-mikrofonen och Roger-mottagaren är påslagna.
Håll Roger-mikrofon inom 10 cm från Roger-mottagaren eller hörapparaten.



2. Tryck på anslutningsknappen  på Roger-mikrofonen.



Indikatorljuset lyser grönt i två sekunder, vilket bekräftar att enheterna är anslutna. Du hör även ett bekräftelsepip i dina hörapparater.

 Du kan ansluta ett obegränsat antal Roger-mottagare till Roger-mikrofonen.

Indikatorljus för anslutningsstatus

När du har tryckt på anslutningsknappen,  kan indikatorljuset avge följande återkoppling:



Ansluter



Anslutningen lyckades – Roger-mottagaren är ansluten




Ingen Roger-mottagare hittades.
Håll Roger-mikrofonen närmare Roger-mottagaren och se till att Roger-mottagaren är påslagen. Försök sedan igen.



Roger-mottagaren är inte kompatibel med din Roger-mikrofon

3.4 Anslut fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen ansluts till din Roger-mikrofon redan på fabriken. Vid behov, kan du även ansluta fjärrkontrollen till valfritt antal ytterligare bordsmikrofoner.

1. Tryck och håll in valfri knapp på fjärrkontrollen.
2. Starta din Roger-mikrofon genom att trycka in dess på/av -knapp. Din Roger-mikrofon blinkar lila fyra gånger för att indikera en lyckad anslutning.
3. Släpp knappen på fjärrkontrollen.

Indikatorljus för anslutningsstatus

När fjärrkontrollen har anslutits kan indikatorlampan ge följande återkoppling:




Anslutningen av fjärrkontrollen lyckades.

4. Använda din Roger-mikrofon

Din Roger-mikrofon är en mångsidig, intelligent produkt. Den upptäcker vilken situation du befinner dig i och anpassar ljudbearbetningsinställningarna automatiskt för att ge dig bästa möjliga taluppfattning.

4.1 Höra bättre vid möten

Placera din Roger-mikrofon mitt på bordet för att höra en grupp med människor.




- i** För bästa taluppfattning, placera Roger-mikrofonen långt från bruskällor som projektorer och laptops och så nära dina samtalspartners som möjligt.

4.2 Lyssna på multimediaenheter

Du kan ansluta din Roger-mikrofon till en ljudkälla, som en konferenstelefon, surfplatta eller dator, för att höra ljudsignalen direkt i din hörapparat.

1. Anslut ena änden av ljudkabeln till aux-ingången på din Roger-mikrofon.
2. Anslut den andra änden till ljudutgången på ljudkällan.



① När du har aktiverat multimediaenhetens ljudsignal, kommer din Roger-mikrofon att detektera den och dämpa sin egen mikrofon.


5. Lägg till ytterligare mikrofoner

Tack vare Roger-teknologin kan du använda flera Roger-mikrofoner samtidigt genom att ansluta dem i ett nätverk.

5.1 Ansluta till andra mikrofoner

Följ de här stegen för att ansluta ytterligare mikrofoner:

1. Slå på båda mikrofonerna.
2. Håll mikrofonerna nära varandra (inom 10 cm).







3. Tryck på anslutnings -knappen på din Roger-mikrofon.

Indikatorljuset lyser grönt i två sekunder på båda mikrofonerna, vilket indikerar att anslutningen lyckades.

- ① Om du vill ansluta Roger Table Mic II till en Roger Select, trycker du på anslutningsknappen på Roger Select istället för på Roger Table Mic II.

Indikatorljus för anslutningsstatus

När du trycker på anslutningsknappen , kan indikatorljuset ge följande återkoppling:


-  Anslutningen lyckades – den andra Roger-mikrofonen är nu ansluten.
-  Ingen Roger-mikrofon hittades. Flytta mikrofonerna närmare varandra och kontrollera att de båda är påslagna. Försök sedan igen.
-  Mikrofonen är inte kompatibel med din Roger-mikrofon. Gör en programvaru-uppdatering med hjälp av Roger Upgrader eller kontakta din audionom.


5.2 Använda ytterligare mikrofoner

De extra bordsmikrofonerna placeras så att du kan höra alla som sitter runt bordet. Lämna över eventuella bärbara Roger-mikrofoner till de som talar. Se till att de bärs korrekt (riktade mot munnen och inom 20 cm).

Roger-mikrofonerna upptäcker automatiskt när någon talar och sänder därefter direkt rösten till dina hörapparater.

Talare som har en mikrofon på sig ska sätta mikrofonen i tyst läge eller slå av den om de vill lämna gruppen tillfälligt.




① Om det uppstår ett problem med nätverket, tryck på anslutningsknappen  på en av mikrofonerna för att starta om nätverket.

Indikatorljus för mikrofonstatus

När du använder flera Roger-mikrofoner, kan du få följande återkoppling från indikatorljuset:



Roger-mikrofonen är i tyst läge. Slå på ljudet genom att trycka in på/av-knappen  eller Ljud på-knappen på fjärrkontrollen.





Roger-mikrofonen har tappat anslutningen till de andra Roger-mikrofonerna. Tryck på anslutningsknappen  för att initiera nätverket igen.

6. Specialfunktioner

6.1 Tyst läge

Att sätta mikrofonen i tyst läge är särskilt användbart vid avbrott i möten eller när du vill fokusera på en presentatör utan att störas av sidosamtal från andra deltagare.




1. Tryck kort på på/av-knappen  eller på ljud av-knappen på fjärrkontrollen för att sätta Roger-mikrofonen i tyst läge. När den är i tyst läge lyser indikatorljuset med ett fast lila sken.
2. Tryck på på/av-knappen igen eller på ljud på-knappen på fjärrkontrollen för att återaktivera din Roger-mikrofon.

i Fjärrkontrollen sätter alla bordsmikrofoner i tyst läge som den är ansluten till.

6.2 Ändra upptagningsområde


Om du störs av svagt eller avlägset brus så kan du använda fjärrkontrollen för att minska upptagningsområdet.


Tryck på knapparna för upptagningsområde på fjärrkontrollen för att växla mellan stort och litet upptagningsområde.



i Upptagningsområdet återställs till stort när enheten startas om.

6.3 Koppla från Roger-enheter (NewNet)



Om du vill koppla från dina Roger-mikrofoner från anslutna mottagare eller andra Roger-mikrofoner, håll in anslutningsknappen  i 7 sekunder.



Indikatorljuset växlar till orange när din Roger-mikrofon har kopplats från alla anslutna enheter.

Du kan nu börja återansluta Roger-mottagare eller Roger-mikrofoner med din Roger-mikrofon.

Återställa

Om din Roger-mikrofon slutar att svara på kommandon, kan du återställa den genom att trycka på knapparna för på/av  och anslutning  samtidigt i 10 sekunder.

7. Felsökning

| Problem | Orsaker |
|--|---|
| Jag kan inte slå på min Roger-mikrofon | Batteriet är urladdat |
| Jag kan inte förstå talaren | Mikrofonen är inte korrekt placerad Mikrofonöppningarna täcks av smuts eller något objekt |
| Det går inte att höra talarens röst även fast Roger-mikrofonen är påslagen | Mikrofonen är satt i tyst läge Dina hörapparater är inte inställda på rätt program Roger-mottagarna är inte anslutna till Roger-mikrofonen Din Roger-mikrofon var del av ett nätverk |
| Jag förlorar ljudsignalen hela tiden | Avståndet mellan Roger-mikrofonen och Roger-mottagaren är för stort Det finns hinder mellan dig och Roger-mikrofonen |
| Multimediaenhetens volym är för låg | Felaktiga volyminställningar |

| Lösningar |
|---|
| Ladda Roger-mikrofonen i minst fyra timmar |
| Flytta Roger-mikrofonen närmare talaren Se till att mikrofonens öppningar inte har något skräp på sig |
| Kontrollera indikatorljuset - om det är lila, tryck in på/av-knappen för att aktivera mikrofonerna Kontrollera att dina hörapparater är inställda på rätt program (Roger/FM/DAI/EXT/AUX) |
| Håll Roger-mikrofonen nära varje Roger-mottagare i tur och ordning och tryck på anslutningsknappen Tryck på anslutningsknappen på Roger-mikrofonen |
| Gå närmare Roger-mikrofonen |
| Se till att du kan se Roger-mikrofonen (fritt synfält) |
| Höj volymen på ljudkällan |

| Problem | Orsaker |
|-------------------------------------|---|
| Jag kan inte höra multimediaenheten | Ljudkällan är satt i tyst läge |
| | Roger Table Mic II är satt i tyst läge |
| | Roger Table Mic II använder ljudkabeln men den är inte påslagen |
| Roger-mikrofonen blinkar blått | Roger Table Mic II var del av ett nätverk |
| Roger-mikrofonen blinkar rött | Batteriet är lågt |
| Roger-mikrofonen har slutat fungera | Problem med programvaran |
| | Det finns en programvaruinkompatibilitet |
| | Mikrofonen är inte på |
| | Mikrofonen är inte tillräckligt nära |
| | Mikrofonens nätverk fungerar inte |
| Fjärrkontrollen svarar inte | Batteriet är urladdat |

| Lösningar |
|---|
| Slå på ljudet på ljudkällan |
| Slå på ljudet på Roger Table Mic II |
| Slå på Roger Table Mic II för att lyssna på ljudkällan via ljudkabeln |
| Tryck på anslutningsknappen på Table Mic II |
| Ladda Roger-mikrofonen så snart som möjligt |
| Starta om Roger-mikrofonen genom att samtidigt trycka in knapparna för på/av och anslutning |
| Uppgradera alla dina Roger-mikrofoner med hjälp av Roger Uppgrader som finns på Phonaks webbplats, eller kontakta din lokala Phonak-representant. |
| Kontrollera att alla enheter är på |
| Flytta mikrofonen och mottagaren närmare varandra |
| Tryck på anslutningsknappen på en mikrofon för att initiera nätverket igen |
| Byt ut batteriet (typ CR2032) genom att ta bort skruven från batteriluckan. |

8. Service och garanti

8.1 Nationell garanti

Fråga audionomen där du köpte din enhet om de garantivillkor som gäller i ditt land.

8.2 Internationell garanti

Phonak erbjuder ett års begränsad internationell garanti som gäller från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti täcker tillverknings- och materialdefekter. Garantin är endast giltig om inköpsbevis uppvisas.

Den internationella garantin påverkar inte några av de lagstadgade rättigheter du kan ha enligt gällande lagstiftning i ditt land som reglerar försäljningen av konsumentprodukter.

8.3 Garantibegränsningar

Garantin täcker inte skador som beror på felaktigt handhavande eller felaktig skötsel, exponering för kemikalier, vatten eller för stor belastning. Skador, som orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej auktoriserad serviceverkstad, upphäver garantin. Denna garanti gäller inte eventuella tjänster som utförts av en audionom på hörcentralen.

Serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Auktoriserad audionom
(stämpel/signatur):

9. Information om överensstämmelse

Europa:

Declaration of Conformity

Härmed intygar Phonak Communications AG att den här produkten är i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU om radioutrustning. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity) kan erhållas från tillverkaren eller den lokala Phonak-representanten eller på <http://www.phonak.se>

Driftfrekvens: 2 400 – 2 483,5 MHz

Effektnivå: < 100 mW

Australien/Nya Zeeland



R-NZ

Anger att enheten efterlever tillämpliga regelverk hos Radio Spectrum Management (RSM) och Australian Communications and Media Authority (ACMA) och får säljas i Nya Zeeland and Australien. Efterlevnadsmärkningen R-NZ är för radioprodukter som erbjuds på den Nya Zeeländska marknaden under konformitetsnivån A1.

Anmärkning 1:

Den här enheten överensstämmer med Del 15 av FCC-reglerna och med ISED Canadas licensundantagna RSS-standarder.

Användning sker under två förutsättningar:

- 1) enheten får inte orsaka störningar och
- 2) enheten måste klara av alla störningar, inklusive sådana störningar, som kan orsaka oönskade effekter på enheten.

Anmärkning 2:

Ändringar eller modifieringar, som utförs på denna enhet och som inte uttryckligen godkänts av Phonak Communications AG, kan leda till att FCC-behörigheten att använda denna enhet blir ogiltig.

Anmärkning 3:

Enheten är testad och har befunnits vara i överensstämmelse med begränsningarna för digitala enheter i klass B, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga störningar, när enheten används i en bostadsmiljö. Denna enhet

genererar, använder och kan avge radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer

att inträffa störningar i en viss installation. Om enheten orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, bör brukaren försöka korrigera störningarna på något/några av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett eluttag, som hör till en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp.

Anmärkning 4:

Överensstämmelse med japansk radiolagstiftning.
Överensstämmelse med handelsrätt. Denna enhet följer japansk radiolagstiftning (電波法) och japansk handelsrätt för telekommunikation (電気通信事業法).
Enhetsen får inte modifieras (i vilket fall det tilldelade identifikationsnumret blir ogiltigt).

Anmärkning 5:

FCC om radiofrekvens exponering. Denna enhet uppfyller FCC RF-gränsvärdena för radiofrekvens exponering som gäller för en okontrollerad miljö. Den här sändaren måste installeras så att den har ett skiljeavstånd på minst 20 cm från människor och får inte samplaceras eller vara igång tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

10. Information och symbolförklaring



CE-symbolen är Phonak Communications AG:s bekräftelse på att denna produkt överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta villkor i direktiv 2014/53/EU.



Denna symbol anger att det är viktigt att användaren läser och följer relevant information som finns i denna bruksanvisning.



Anger enhetens tillverkare.



Denna symbol anger att det är viktigt att användaren uppmärksammar relevanta varningar i bruksanvisningen.



Viktig information om hantering och produktsäkerhet.

Användningsföreskrifter

Den här enheten är konstruerad för att fungera utan begränsningar vid avsedd användning, om inget annat anges i denna bruksanvisning.



Märkning som anger överensstämmelse med bestämmelserna i "Australian EMC and Radiocommunications".



Driftstemperatur: 0 ° till +45 ° Celsius.
Förvaringstemperatur: -10 ° till +60 Celsius.



Fuktnivå vid transport: Upp till 90 % (utan kondens).
Fuktnivå förvaring: 0 % till 70 %, om inte i bruk.



Lufttryck: mellan 500 hPa och 1100 hPa.



Den här symbolen på produkten eller dess förpackning innebär att den inte ska kasseras tillsammans med dina hushållssopor. Du ansvarar för att kassera ditt avfall avskilt från kommunens hantering av reguljärt avfall. Korrekt kassering av dina gamla apparater hjälper till att förebygga möjliga negativa effekter på miljö och hälsa. Den här produkten har ett inbäddat och icke-ersättningsbart batteri. Försök inte öppna produkten eller ta bort batteriet då det kan orsaka skador och dessutom skada produkten. Kontakta närmaste återvinningsstation för borttagning av batteriet.

11. Viktig säkerhetsinformation

- 🌐 Läs informationen på följande sidor innan du använder Phonak-enheten.

11.1 Varningar

- ⚠️ Förvara enheten utom räckhåll för barn under 3 år.
- ⚠️ Enheten bör endast repareras av ett auktoriserat servicecenter. Det är inte tillåtet att utföra ändringar eller modifieringar på enheten om dessa inte uttryckligen godkänts av Phonak.
- ⚠️ Kassera elektroniskt avfall i enlighet med lokala bestämmelser.
- ⚠️ Använd inte enheten på platser där det är förbjudet att använda elektronisk utrustning. I tveksamma fall, rådfråga ansvarig person.
- ⚠️ Enheten får inte användas på flygplan om inte flygpersonalen specifikt tillåter det.

- ⚠ Ändringar eller modifieringar, som utförs på någon av enheterna och som inte uttryckligen godkänts av Phonak Communications AG, är ej tillåtna.
- ⚠ Använd enbart tillbehör som har godkänts av Phonak Communications AG.
- ⚠ Av säkerhetsskäl bör du enbart använda laddare från Phonak Communications AG eller stabiliserade laddare med märkningen 5 VDC, min. 500 mA.
- ⚠ Använd inte enheten i explosionsfarliga områden (gruvor eller industriområden med risk för explosioner, syrerika miljöer eller områden där brandfarliga ämnen hanteras) eller där användning av elektronisk utrustning är förbjuden.
- ⚠ Enheten kan skadas om du försöker öppna den. Om problem uppstår som inte kan lösas genom att följa riktlinjerna i felsökningsavsnittet av den här bruksanvisningen, bör du konsultera din audionom.

11.2 Produktsäkerhetsinformation

- ① Skydda enheten från stötar och vibrationer.
- ① Utsätt inte din enhet för temperaturer och fuktighet över eller under de rekommenderade förhållanden som anges i denna bruksanvisning.
- ① Använd aldrig mikrovågsugn eller andra värmeapparater för att torka enheten.
- ① Rengör enheten med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel (tvättmedel, tvål osv.) eller alkohol för att rengöra enheten.
- ① Anslut inte en USB- eller ljudkabel som är över 3 meter lång till din enhet.
- ① När enheten inte används ska den stängas av och förvaras på en säker plats.

- ❗ Skydda enheten från fukt (bad, simning), värme (element, bilens instrumentbräda) och direktkontakt med huden när du svettas (träning, sportutövande).
- ❗ Röntgenstrålning, undersökning med CT eller magnetkamera kan påverka korrekt funktion hos enheterna.
- ❗ Tvinga inte in kablar och liknande när du ansluter din enhet.
- ❗ Skydda alla öppningar (mikrofoner, antenn, ljudingång och laddare) från smuts.
- ❗ Om enheten har tappats eller skadats, om den har överhettats under laddning, har en skadad kabel eller ett skadat uttag, eller har tappats i vätska ska du sluta använda din enhet och kontakta din audionom.
- ❗ Enheten har ett inbyggt laddningsbart batteri. Detta batteri kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men kan till slut slitas ut. Batteriet får endast bytas av auktoriserad personal.

11.3 Annan viktig information

- Personer med pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska ALLTID rådfråga sin läkare eller tillverkaren av enheten INNAN de använder den. Användning av enheten tillsammans med pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska ALLTID ske enligt säkerhetsrekommendationer från läkaren som ansvarar för pacemakern eller tillverkaren av pacemakern.
- Enheten samlar in och lagrar interna tekniska data. Dessa data kan läsas av en audionom för att kontrollera enheten, samt för att hjälpa dig att använda din enhet på rätt sätt.
- Den digitala signal som skickas från enheten till en ansluten mottagare kan inte höras av andra enheter som inte finns i mikrofonens nätverk.



Phonak Communications AG
Laenggasse 17
CH-3280 Murten
Schweiz

www.phonak.se

sonova
HEAR THE WORLD

